

Tabelle der zugewiesenen Werte: Abfall nach der Deponie-VO (Gesamtgehalte) - AB07

1. Ausgabe vom 15.11.2019

Tabelle der zugewiesenen Werte

Parameter	Probe	Einheit	zugewiesener Wert	±	U (k=2)	Kriterium	Kriterium [%]
Antimon	AB07	mg/kg TM	3.74	±	0.47	0.803	21
Arsen	AB07	mg/kg TM	147	±	3.34	8.02	5.5
Barium	AB07	mg/kg TM	732	±	51.4	176	24
Benzo[a]pyren	AB07	mg/kg TM	0.072	±	0.0118	0.0244	34
Cadmium	AB07	mg/kg TM	10.9	±	0.473	1.18	11
Chrom	AB07	mg/kg TM	324	±	13.2	36.6	11
Cobalt	AB07	mg/kg TM	297	±	18.9	40	13
Kupfer	AB07	mg/kg TM	619	±	18.8	44.1	7.1
KW-Index	AB07	mg/kg TM	437	±	93.7	215	49
Blei	AB07	mg/kg TM	93.8	±	4	11.7	12
Quecksilber	AB07	mg/kg TM	0.13	±	0.0204	0.0367	28
Molybdän	AB07	mg/kg TM	3.89	±	0.607	1.16	30
Nickel	AB07	mg/kg TM	300	±	15.8	38.3	13
Selen	AB07	mg/kg TM	2.38	±	0.657	1.19	50
Silber	AB07	mg/kg TM	13	±	0.967	2.05	16
Summe 16 PAK (nach EPA)	AB07	mg/kg TM	1.78	±	0.295	0.644	36
Zinn	AB07	mg/kg TM	36.2	±	2.3	4.99	14
TOC (als C)	AB07	mg/kg TM	41100	±	2100	4810	12
Vanadium	AB07	mg/kg TM	20.1	±	2.56	4.96	25
Zink	AB07	mg/kg TM	2370	±	117	300	13

Legende:

zugewiesener Wert	Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmer (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
U (k=2)	Erweiterte Unsicherheit (k=2) des zugewiesenen Wertes, (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in der angegebenen Einheit (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium [%]	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in % des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 2 signifikante Stellen)