

Tabelle der zugewiesenen Werte: Summenparameter SP06

1. Ausgabe vom 17.06.2021

Tabelle der zugewiesenen Werte

Parameter	Probe	Einheit	zugewiesener Wert	±	U (k=2)	Kriterium	Kriterium [%]
KW-Index	SP06 A - KW-Index	mg/l	0.188	±	0.0415	0.0789	42
	SP06 B - KW-Index	mg/l	0.926	±	0.225	0.389	42
Phenolindex	SP06 A - Phenolindex	mg/l	0.0415	±	0.00292	0.00457	11
	SP06 B - Phenolindex	mg/l	0.367	±	0.00493	0.0404	11

Legende:

zugewiesener Wert	Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmer (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
U (k=2)	Erweiterte Unsicherheit (k=2) des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in der angegebenen Einheit (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium [%]	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in % des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 2 signifikante Stellen)